XIV. GWARANCJA

Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości. Wyrób objęty jest gwarancją (szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej Producenta). Wyrób powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami z instrukcji używania.

XV. GLOSARIUSZ SYMBOLI

	Producent		Recykling
CE	Oznakowanie CE		Nie przecinać
REF	Numer katalogowy		Przechowywać z dala od światła słonecznego
#	Numer modelu		Góra, nie przewracać
MD	Wyrób medyczny		Chronić przed wilgocią
	Data produkcji		Kruchy, obchodzić się ostrożnie
	Zajrzyj do instrukcji używania		Nie wybielać
	Ostrzeżenie		Nie prasować
LOT	Kod partii		Nie czyścić chemicznie
QTY	Ilość		Nie suszyć w suszarce
UDI	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu		Suszyć w pozycji poziomej

REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14,
03 – 310 Warszawa, Polska (Poland)
e-mail: info@rehafund.pl
www.rehafund.pl

CE

I/BioFlote2plus/3/04.03.2026
Data wydania instrukcji używania: 03.2026 v3

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska (Poland), e-mail: info@rehafund.pl, www.rehafund.pl

INSTRUKCJA UŻYWANIA

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA

BioFlote™ 2 Plus

I. WPROWADZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy REHA FUND Sp. z o.o., czołowego dostawcy materiałów zaopatrzenia medycznego i artykułów rehabilitacyjnych na rynku polskim. Instrukcja używania zawiera wskazówki i sugestie, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego korzystania z wyrobu. Zdjęcia użyte w instrukcji mają charakter poglądowy!

UWAGA! Przed użyciem wyrobu należy zapoznać się z instrukcją używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego używania oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

II. CHARAKTERYSTYKA

MODELE		
Nr katalogowy	BioFlote™ 2 Plus	BioFlote™ 2 Plus
Kod modelu	BioFlote™ 2 Plus/40	BioFlote™ 2 Plus/45
Wymiary	40 cm x 40 cm x 7 cm	45 cm x 40 cm x 7 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	210 kg	210 kg

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

POKROWIEC	Poliester
PODUSZKA	Polichloropen

III. PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia BioFloteTM 2 Plus chroni użytkownika przed powstawaniem odleżyn i deformacją tkanki. Poduszka dopasowuje się do indywidualnych kształtów użytkownika. Poduszka przeznaczona jest dla użytkowników wózków inwalidzkich, osób długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, z ryzykiem powstawania odleżyn, wymagających profilaktyki pochylenia miednicy.

IV. GRUPA DOCELOWA

- Osoby z ograniczoną mobilnością: osoby długotrwale siedzące na wózkach inwalidzkich, pacjenci z urazami kręgosłupa, paraliżem lub osłabioną siłą mięśni, osoby po zabiegach chirurgicznych wymagające dłuższego leżenia/siedzenia.
- Pacjenci narażeni na odleżyny: osoby starsze, osoby leżące lub siedzące przez większość dnia, pacjenci z zaburzeniami czucia (np. neuropatia, cukrzyca), osoby z osłabionym ukrwieniem skóry.
- Osoby pracujące siedząco długo: kierowcy zawodowi (dla profilaktyki), pracownicy biurowi z problemami krążeniowymi lub bólem pośladków/krzyża.
- Osoby z problemami z krążeniem i tkanką skórną, pacjenci z obrzękami, osoby z osłabioną tkanką łączną, osoby z nadmiernym ryzykiem uszkodzeń skóry przy długim siedzeniu.

⚠ V. PRZECIWWSKAZANIA

- Aktywne miejsca z zakażoną skórą, rany z krwawieniem lub świeże odleżyny w miejscu kontaktu - poduszka nie powinna być używana bez oceny medycznej.
- Owrzodzenia skóry lub głębokie uszkodzenia tkanek w okolicy pośladków/krocza.
- Alergia/uczulenie na materiały, z których wykonana jest poduszka - np. lateks, pianka, pokrowiec - jeżeli wiadomo o nadwrażliwości.
- Ostre stany zapalne skóry, obrzęki niewyjaśnionego pochodzenia.
- Znaczne zaburzenia czucia bólu lub temperatury (neuropatie).
- Ostre stany bólowe kręgosłupa, bioder lub miednicy bez diagnozy.

⚠VI. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

- Dyskomfort lub ból: uczucie zbyt twardego / zbyt miękkiego podparcia, ból w okolicy kości kulszowych, bioder lub odcinka lędźwiowego, nasilenie istniejących dolegliwości bólowych przy nieprawidłowym doborze poduszki.
- Zaburzenia krążenia miejscowego: drętwienie nóg, mrowienie, uczucie „odcięcia krążenia" przy zbyt długim siedzeniu bez zmiany pozycji.
- Podrażnienia skóry: zaczerwienienie w miejscu kontaktu, otarcia (zwłaszcza przy wilgotnej skórze), odparzenia przy niewłaściwej higienie lub braku wentylacji.
- Reakcje alergiczne: świąd, wysypka kontaktowa, podrażnienie skóry w przypadku nadwrażliwości na materiał pokrowca lub wypełnienia.
- Pogorszenie istniejących zmian skórnych, przy niewłaściwym stosowaniu może dojść do nasilenia odleżyny zamiast jej odciążenia.

⚠VII. OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Regularnie kontroluj skórę - Sprawdzaj miejsca kontaktu skóry z poduszką co kilka godzin, szczególnie u osób z ograniczonym czuciem.
2. Nawet przy stosowaniu poduszki należy regularnie zmieniać pozycję siedzącą, aby zmniejszyć ryzyko odleżyn.
3. Poduszki należy utrzymywać w czystości, zgodnie z instrukcją producenta, aby zapobiegać infekcjom i podrażnieniom.
4. Odpowiednie dopasowanie- należy wybierać poduszkę odpowiednią do wagi, wymiarów ciała i rodzaju siedziska.
5. Nie używać poduszki w kontakcie z ostro zakończonymi lub gorącymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał lub wypełnienie.
6. Poduszka źle dobrana pod względem twardości, kształtu lub rozmiaru może powodować ból, drętwienie lub pogorszenie krążenia.
7. U osób uczulonych na materiały (np. lateks, pianka, pokrowiec) może wystąpić wysypka lub podrażnienie skóry.

⚠VIII. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYWANIA

1. Należy zadbać o to, aby poduszka leżała na pewnym podparciu.
2. Nie należy dopuszczać do kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami mogącymi naruszyć jej powłokę.
3. Poduszkę należy wypełnić odpowiednio dobraną ilością powietrza do wagi pacjenta, tak aby stabilizowała pozycję pacjenta i nie dopuszczała do kontaktu miednicy z podłożem, a jednocześnie nie wywierała zbyt dużego nacisku na ciało.
4. Poduszkę należy trzymać z dala od źródła ognia i gorąca.
5. Poduszki nie należy wyginać jeżeli jest napełniona powietrzem.
6. Poduszkę należy przechowywać w suchym środowisku. Poduszka nie może być narażona na długotrwały kontakt z wilgocią.
7. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
8. Nie należy przekraczać maksymalnego bezpiecznego obciążenia - 210kg.

IX. SPOSÓB UŻYWANIA

1. Wyjmij poduszkę z opakowania, połóż na siedzisku i odkręć wentyl (rys. 1).
2. Nałóż silikonową złączkę pompki na wentyl i napompuj poduszkę odpowiednio do wagi pacjenta. Poduszka powinna być napompowana tak, aby nie wywierać zbytniego nacisku na ciało pacjenta i jednocześnie nie dopuszczać do kontaktu miednicy z twardym podłożem (rys. 2).
3. Zakręć wentyl. Załóż na poduszkę pokrowiec tak, aby suwak był po przeciwległej stronie wentylu, a perforowana mata antypoślizgowa od strony podłoża (rys. 3).
4. Połóż poduszkę na siedzisku wentylem w stronę oparcia i posadź na nią pacjenta (rys. 4).
5. Włóż rękę pomiędzy poduszkę i kość kulszową sprawdzając, czy ciśnienie w poduszce nie jest zbyt wysokie lub za niskie (rys. 5).
6. W razie potrzeby skoryguj ciśnienie w poduszce (rys. 6).
7. Aby spuścić powietrze z poduszki należy odkręcić zawór wentyla i delikatnie uciskać poduszkę dłonią, aż do całkowitego odprowadzenia powietrza.


Rys. 1

Rys. 2


Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5


Rys. 6

X. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Reguluj ciśnienie wewnętrzne poduszki za pomocą pompki ręcznej co 5 dni, aby utrzymać dobry stan siedzenia. Aby dostosować ciśnienie powietrza w poduszce, szczególnie gdy temperatura otoczenia lub wysokość znacznie się zmieniają.

Wszystkie poduszki wypornościowe są wyposażone w pokrowiec, który pomaga chronić powierzchnię poduszki. Spód pokrowca wykonany jest z materiału antypoślizgowego, który mocuje poduszkę do krzesła i pomaga utrzymać równowagę pacjenta.

Zaleca się regularną kontrolę wyrobu pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia.

Poduszka
Myj poduszkę wodą i neutralnym detergentem.
Wycieraj poduszkę wilgotną szmatką i zimną wodą.
Susz poduszkę powietrzem.
Nie wolno używać innego detergentu niż naturalny.
Nie pierz poduszki w pralce.
Nie stosować autoklawów.
Nie wkładać zaworu do wody.
Przechowywać poduszkę w suchym miejscu.

Pokrowiec
Prać w pralce zimną wodą z proszkiem do prania lub płynem do prania.
Spłucz zimną wodą i wysusz na powietrzu.
Nie używaj suszarki, grzejnika ani wybielacza.
Nie prasować.
Prać max. 20 razy.

Przechowywanie: Poduszkę należy przechowywać w suchym miejscu. Trzymać poduszkę z dala od promieni słonecznych.

⚠ **UWAGA! Pokrowiec powinien być używany tylko przez jedną osobę. Pokrowiec należy wymieniać regularnie.**

NAPRAWA

Do poduszki dołączony jest zestaw naprawczy. Aby naprawić miejsce naruszenia powierzchni poduszki postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Upewnij się, że poduszka jest napompowana.
2. Włóż poduszkę pod wodę, aby zlokalizować miejsce przecieku powietrza.
3. Zaznacz miejsce przecieku.
4. Wytrzyj poduszkę i usuń z niej powietrze.
5. Wyczyść i wysusz dokładnie miejsce przecieku.
6. Przetrzyj delikatnie dołączonym papierem obszar wielkości łaty wokół miejsca przecieku.
7. Nanieś cienką warstwę kleju na obie sklejane powierzchnie (poduszkę i łatę), przyklej ją tak, aby przeciek znalazł się na jej środku i dociśnij na ok. 30 minut do momentu złapania kleju.
8. Odstaw poduszkę na co najmniej 2 godziny, aby klej mógł swobodnie wyschnąć.
9. Przygotuj poduszkę do użycia zgodnie z instrukcją sposobu użycia

⚠ **UWAGA! Dołączonego zestawu naprawczego można użyć dopiero po upłynięciu okresu gwarancyjnego.**

Naprawianie poduszki samodzielnie bez zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu powoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych

XI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE:
- Poduszkę należy przechowywać w temperaturze od 0-40ºC
- Poduszkę należy przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wilgoci, bo może to sprzyjać powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.
- Nie przechowywać w pobliżu grzejników, pieców czy ostrych krawędzi, które mogą uszkodzić pokrowiec lub piankę.
- Najlepiej przechowywać w pozycji poziomej na płaskiej powierzchni, aby zachować kształt i właściwości wypełnienia.

TRANSPORT:

- Podczas transportu zabezpieczyć poduszkę w oryginalnym opakowaniu lub w worku ochronnym. Unikać zgniatania, mocnego ściskania lub składania poduszki na siłę.
- Nie pozostawiać poduszki w zamkniętym samochodzie w upale lub na mrozie przez dłuższy czas. Skrajne temperatury mogą wpływać na właściwości wypełnienia.

XII. KONIEC UŻYWANIA

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta, patrz punkt instrukcji: Czyszczenie i Konserwacja - należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z wyrobu. Po zakończeniu używania należy poddać wyrób utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

XIII. PRZEWIDZIANY OKRES UŻYWANIA

Ze względu na części eksploatacyjne (zawór i pompkę) - zaleca się wymianę tych elementów co 2 lata.
Zardzewienie zaworu czy uszkodzenie pompki spowoduje nieprawidłowe używanie wyrobu.
Rurę gumową zaleca się wymieniać raz w roku, ponieważ utrata jej elastyczności może wpływać na słabą szczelność wyrobu.